

1. Testa nosaukums

AMA-M2 IGG

(Anti mitohondriālās M2 apakštipa antigēna antivielas)

2. Angļu val. - AMA-M2 IgG

3. Īss raksturojums

AMA (anti mitohondriālās antivielas) ir heterogēnu pret dažādiem mitohondriju proteīniem vērstu antivielu grupa. AMA-M2 IgG (anti mitohondriālās M2 apakštipa antigēna antivielas) noteikšanu izmanto primārās biliārās cirozes diagnostikā un kopā ar citu AMA apakštipu noteikšanu – primārās biliārās cirozes imunoloģiskā un prognostiskā klasifikācijā.

4. Metode - ELISA.

5. Stobriņa marķējums, asiņu uzglabāšanas laiks, izmeklējamais materiāls

- Marķējums - sarkans vai dzeltens stobriņš.
- Asiņu uzglabāšanas laiks:
 - ledusskapī (2-8 °C) serums - līdz 5 dienām;
 - sasaldēts (-20 °C) serums - līdz 6 mēnešiem.
- Izmeklējamais materiāls - asins serums.

6. Referentās vērtības

Negatīvs < 10 IU/ml

Rezultātu interpretācija

Negatīvs (normāls) < 10 IU/ml

Pozitīvs (paaugstināts) ≥ 10 IU/ml

Negatīvu rezultātu nevajadzētu izmantot kā vienīgo kritēriju, lai noliegtu saslimšanu. Rezultātu vajadzētu izmantot tikai saistībā ar citu izmeklējumu un diagnostisku testu rezultātiem, noteicošais faktors vienmēr ir slimības klīniskās izpausmes.