

1. Testa nosaukums

SEKSUĀLI TRANSMISĪVO INFEKCIJU PANELIS

2. Angļu val. - Sexually transmitted infection panel

3. Īss raksturojums

Tests vienlaikus nosaka 7 biežākos STI izraisītājus: *Chlamydia trachomatis*, *Neisseria gonorrhoeae*, *Trichomonas vaginalis*, *Mycoplasma hominis*, *Mycoplasma genitalium*, *Ureaplasma urealyticum*, *Ureaplasma parvum*.

Rezultāts tiek ziņots kā pozitīvs vai negatīvs par katru atsevišķo patogēnu.

4. Metode

Reālā laika polimerāzes ķēdes reakcija (RL-PĶR).

TOCE™ (*Tagging Olygonucleotide Cleavage and Extension*).

5. Stobriņa marķējums, uzglabāšanas laiks, izmeklējamais materiāls

- Urīns, uroģenitāla uztriepe *Copan* transporta barotnē.
- Uztriepe no cervikālā kanāla *Copan* transporta barotnē vai kā šķidrums citoloģijai (*SurePath*).
- Materiāla uzglabāšanas laiks:
 - istabas temperatūrā (15-25 °C) – 2 dienas;
 - ledusskapī (2-8 °C) – 2 dienas.

6. Referentās vērtības

Negatīvs